

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

E-mail: puraching@siicegypt.com

Site: www.siicegypt.com

كواشف وكيمائيات وزجاجيات
وأجهزة معملية
قطاع البيئة والصحة المهنية

طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢٦/٢٠٢٥/٨٢
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٦/٠٥/٠٧
الساعة الثانية عشر ظهراً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	الإجمالي
				ق	جنيه
			كواشف وكيمائيات وزجاجيات وأجهزة معملية الكميات المواصفات طبقاً للكشوف المرفقة وعددها (٧) كشوف والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة . <u>ملحوظة:-</u> يتم تقديم أقل مدة التوريد		

ويقدم العرض على أساس ومتضمننا الاتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسنولية المورد دون أي مسنولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٥- السداد: بعد الفحص والاختبار والاستلام النهائي بمصانعتنا بتحويل بنكي.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم الفاكس - إيميل - رقم تليفون) صالحه للإرسال والاستقبال عليها كافة المراسلات الرسمية منا .
- ٧- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٨- مدة التوريد: يذكر أقرب وقت للتوريد بحد أقصى ٣ شهور وتحسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد .
- ٩- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس اعلي الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٠- يقدم التأمين الابتدائي كالتالي:-

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم المستفيد	رقم الحساب	اسم البنك
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	بنك مصر
	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	بنك قطر الأهلي الوطني QNB
	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	بنك الأهلي المصري
	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	البنك التجاري الدولي CIB

علي أن يقدم اصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.

١٢- لن يلتفت لأي عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث أن المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .

- ١٣- للشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب ودون أي يكون المقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع علي الشركة بأي تعويض .
- ١٤- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٥٧٥ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٥- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٦- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ١٧- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلي لجنة الفض للإطلاع والمطابقة).

١٨ - في حالة التعاقد

- ١-١٨- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٨- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي علي الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (٩) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣-١٨- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤-١٨- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
- شهادة التحليل
- ٥-١٨- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٦-١٨- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة.
- ٧-١٨- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير ويحد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .
- ٨-١٨- لن يلتفت لأي عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث ان المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ١٩- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريف.
- تأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات

الإعداد بمعرفة:  التوقيع

روجعت بمعرفة: التوقيع

اعتمدت ، المدير العام : التوقيع

الشروط العامة:

- ١- مدد التوريد لكل البنود لاتزيد عن ٣ شهور من أستلام أمر التوريد .
- ٢- التسليم : مخازن الشركة بالحوامدية .
- ٣- الدفع : بعد الفحص والاستلام .

٤- الاجهزة المعملية :-

- المنشأ : أوروبي غربي - أمريكي - ياباني .
- : يتم تقديم كتالوجات فنية للمنتج وتعليمات التشغيل (نسخة ورقية أصلية + SOFT) .
- + شهادة ضمان مدة عام ضد عيوب الصناعة + شهادة المنشأ .

٥- الزجاجيات :-

- المنشأ : أمريكي - ياباني - تركي - أوروبي غربي .
- : الزجاج من النوعية المقاومة للأحماض ودرجات الحرارة .
- : تقديم شهادة منشأ .

٦- الكواشف - الكيمويات :-

- المنشأ : أمريكي - ياباني - أوروبي غربي

اولاً: الكواشف

م	البيان	الوحدة	الإجمالي
١	C.O.D low Rangent 0-150 3900 Ø 12mm	علبة (٢٥)	١٣
٢	C.O.D High Rangent 0-1500 3900 Ø 12mm	علبة (٢٥)	١٢
٣	C.O.D low Rangent 0-150 DR2800 Ø 16mm	علبة (٢٥)	٢
٤	C.O.D High Rangent 0-1500 DR 2800 Ø 16mm	علبة (٢٥)	٧
٥	C.O.D low Rangent 0-150 DR 700 Ø 16mm	علبة (٢٥)	٣
٦	C.O.D High Rangent 0-1500 DR 700 Ø 16mm	علبة (٢٥)	١
٧	NitraVer. 3 . Nitrate	عبوة (٥٠)	١
٨	NitraVer. 6. Nitrate	عبوة (٥٠)	١
٩	Nitrogen TOTAL HR TN <u>Reagent C</u> Vails	علبة	١
١٠	Reactive phosphorus test N Tube <u>dilution</u> Vails	علبة	١
١١	Phosphover 3 Phosphate	عبوة (٥٠)	١
١٢	Amm. Cyanorate	عبوة (٥٠)	١

م	البيان	الوحدة	الإجمالي
١	ترمو متر كحولي (٥٠ - ٠)	بالعدد	٩
٢	ترمو متر زئبقى (١٠٠ - ٠)	بالعدد	١٥
٣	كاس زجاجي سعة ٣٠٠ ملي	بالعدد	٥
٤	كاس زجاجي سعة ٥٠٠ ملي	بالعدد	٣
٥	مخبر زجاجي بقاعدة مدرج سعة ٥٠ ملي	بالعدد	٢
٦	مخبر زجاجي بقاعدة مدرج سعة ١٠٠ ملي	بالعدد	٤
٧	مخبر زجاجي بقاعدة مدرج سعة ١٠٠٠ ملي	بالعدد	١٣
٨	زجاجة لحفظ المحاليل بغطاء حلزوني سعة لتر	بالعدد	٨
٩	زجاجة غسيل بلاستيك (باذته) سعة ١ لتر	بالعدد	٣
١٠	ماصة سعة ٢ مللى	بالعدد	٩
١١	ماصة سعة ٥ مللى	بالعدد	٣
١٢	ماصة سعة ١٠ مللى	بالعدد	٩
١٣	ماصة سعة ٥٠ مللى	بالعدد	٣
١٤	قارورة عيارية سعة ٢٥٠ مللى	بالعدد	٣
١٥	شرائح ميكروسكوب	علبة	٨
١٦	كفريات ميكروسكوب	علبة	٨
١٧	ورق ترشيح قطر ٢٠٠ مللى (الرزمة ٥٠٠ ورقة)	رزمة	٦
١٨	اطباق سعة ١٠ مللى Petri Dish	بالعدد	٥
١٩	Pipet Pump سعة ٢ مللى	بالعدد	١
٢٠	Pipet Pump سعة ١٠ مللى	بالعدد	٣
٢١	فرشة تنظيف أنابيب اختبار	بالعدد	٢
٢٢	بوتقة حريق صغيرة حجم ± ٥٠ مللى	بالعدد	٤

ثالثاً: الكيماويات

م	البيان	الوحدة	الإجمالي
١	PetroLeum Ether	زجاجة (٢ لتر)	١
٢	صوديوم سالفيت	جم	٥٠٠ جم
٣	حمض كبريتيك مركز تركيز ٩٨% ٢.٥ لتر	زجاجة	١
٤	حمض هيدروكلوريك مركز تركيز ٣٧% ٢.٥ لتر	زجاجة	٢

رابعاً : الاجهزة

م	البيان	الوحدة	الإجمالي
١	الكتروود جهاز PH (موديل : 3510 GENWAY)	بالعدد	٣
٢	سخان كهربائي ٢ قرص لإختبارات الكتلة الصلبة وتحضير الكيماويات	بالعدد	١
٣	جهاز هاضم عينات COD	بالعدد	١
٤	جهاز قياس الوطاة الحرارية Digital heat stress meter	بالعدد	٢
٥	PH meter جهاز قياس الأس الهيدروجيني	بالعدد	٣
٦	جهاز قياس المواد الصلبة الذائبة TDS (Conductivity meter)	بالعدد	٢
٧	D.O meter جهاز قياس الاكسجين الذائب	بالعدد	١
٨	ميزان حساس كهربائي ٣١٠٠ جرام (بدقة 0.01)	بالعدد	١

مرفق :- مواصفات الاجهزة

ملحوظة :- لا يتعدى عدد المرادفات بالعروض الفنية للجهاز الواحد عن مرادف واحد فقط

<p>Balance Capacity (3100 gram) ميزان حساس</p> <p>Electronic Balance Digital Weighing Scales Analytical Balance Laboratory Balance.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ICD with backlight Response time in 2 Seconds . • Related load or Range 0-3100 gram . • Accuracy 0.01 gm. • Self Calibration: • Type Precisa or Shimadzou- Sartorius 	<p>١</p>
<p>جهاز لقياس الأكسجين الذائب بالمواصفات الآتية: -</p> <p>Dissolved oxygen meter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oxygen concentration : 0.00 to 25.00 mg/l accuracy± 0.2mg/L Oxygen partial pressure:0.0 t 427.5mmHg Oxygen saturation: 0.0 to 250%. • Nominal Temperature:25c° • Operating temperature :0 to + 50c° • Power supply: 4x1.5v Batteries or 200-240v;50/60H= Automatic switching . • Sensor: self polarizing galvanic oxygen sensor with integrated NTC sensor. Connection 	<p>٢</p>
<p>Digital pH Meter جهاز قياس الـ pH</p> <p>pH(3 point Calibration)</p> <p>Range : zero - 14 pH</p> <p>Resolution : 0.001 / 0.01/ 0.1 pH</p> <p>Accuracy : ± 0.003 pH</p> <p>Temperature Measuring Range : - 10 to + 105 °C</p>	<p>٣</p>

<p style="text-align: right;">جهاز قياس الاملاح الصلبة الذائبة :-</p> <p style="text-align: center;">Digital TDS Meter</p> <p>(Measure Conductivity & TDS)</p> <p><u>Condu ctivity :-</u> Ranges : 0 to 20 μs / 0 to 200 μs / 0 to 2000 μs Resolution : 0.01 μs Accuracy: $\pm 0.5\% \pm 2$ digits</p> <p><u>TDS :</u> Range : 0 to 20 mg/ L / 0 to 200 mg/ L / 0 to 2000 mg/ L Resolution : 0.01 mg /L Accuracy: $\pm 0.5 \% \pm 2$ digits Temperature : - 10 to + 105 °C</p>	٤
<p style="text-align: right;">جهاز هاضم عينات COD</p> <p style="text-align: center;">Digester Specification for COD test</p> <p>Capacity : 24 bores for 16 mm round. Temperature : selectable 100 °C, 120 °C, 150 °C Timer: 30, 60, 120 minutes + Continuous Operation. Heating : precision aluminium block, fast heating ,Stable Temperature . Safety: integrated Protection.</p>	٥
<p><u>Digial heat stress meter</u> جهاز قياس الوطأة الحرارية</p> <p>WBGT : 0 - 50. °C Accuracy : ± 2.0 °C (15-40 °C)</p> <p>Air Temperature (TA) : 0 - 50 °C Accuracy : ± 0.6 °C (15-40 °C) Black Globe Temp (TG) : 0 - 80.0 °C Accuracy : ± 0.6 °C (15-40 °C) Humidity (RH) : 30 – 90% R H Accuracy : ± 5.0 % RH ,</p> <p>Measurement Modes : Indoor Or Outdoor (With / Without Sun) Options</p>	٦