

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

E-mail: puraching@siicegypt.com

Site: www.siicegypt.com

أجهزة وقطع غيار معملية

طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢٦/٢٠٢٥/٤٥
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٥/١١/٠٣
الساعة الثانية عشر ظهراً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة			
				بالأرقام		كتابية	
				ق	جنيه	ق	الإجمالي جنيه
			تحتاج مصانعنا لأجهزة وقطع غيار معملية الكميات المواصفات طبقاً للكشوف المرفقة وعندها (٣) كشوف والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة .				

ويقدم العرض على أساس ومتضمننا الآتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد يعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- يتم تقديم عدد (٢) اثنين مائة ألف جنيه كإيداع مسبقاً باسم المورد والأخرى كجولة .
- ٥- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٦- السداد: بعد الفحص والاختبار والاستلام النهائي بمصانعنا بتحويل بنكي.
- ٧- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم الفاكس - إيميل - رقم تليفون) صالحه للإرسال والاستقبال عليها كافة المراسلات الرسمية منا .
- ٨- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٩- مدة التوريد : يذكر أقرب وقت للتوريد بحد أقصى ٣ شهور وتحتسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد .
- ١٠- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١١- يقدم التأمين الابتدائي كالتالي:-

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي علي الحسابات التالية:-

اسم المستفيد	رقم الحساب	اسم البنك
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	بنك مصر
	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	بنك قطر الأهلي الوطني QNB
	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠١٠	بنك الأهلي المصري
	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	البنك التجاري الدولي CIB

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

١٢- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.

١٣- لن يلتفت لأي عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث أن المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .

١٤- للشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب ودون أي يكون المقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع علي الشركة بأي تعويض .

- ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٥٧٥ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للإطلاع والمطابقة).

١٨ - في حالة التعاقد

- ١-١٨- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٨- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بـ شيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي علي الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (٩) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣-١٨- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤-١٨- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
 - شهادة التحليل
- ٥-١٨- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٦-١٨- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة.
- ٧-١٨- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه لشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبحد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر.
- ٨-١٨- لن يلتفت لأي عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث ان المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ٩- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظارييف.
- نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات

الإعداد بمعرفة:

روجعت بمعرفة:

اعتمدت ، المدير العام :

التوقيع

التوقيع

التوقيع



كشف الطلبية العامة للأجهزة

م	Specification	الوحدة	الكمية	ملاحظات
1	<u>Distillation water system</u> - The unite is used to product of distilled water suitable for preparing buffers for L.C analysis or solution for spectrometry as well as many other analysis . - The unite is suitable for both bench and wall mounting. It is only suitable indoor use . - the water quality can be displayed either as a resistance value or conductivity value . - Quick and easy installation , since only one power connection and no fixed connection to the feed water source is necessary . (tap feed water) . - Distance of screws 64 cm - Exterior dimensions 380×410× 540 mm - Storage tank 16 little distillate - Capacity min 8 Lit/ hour - Electrical comitias 230V, 220V/3/PE ± 10% 50 - 60 HZ , 6.0 KW	PCS	2	
2-a	<u>Laboratory pH Meters :-</u> Laboratory pH Meters Ideal for quality control and G.L.P - LCD graphics . - 3 Point calibration . - Auto buffer recognition . - Full interfacing capability. Range : - 2 to 16.00 PH 0 to ± 1999 mv - 10 to 105 °C Resolution : 0.01 PH/ 1 MV /0.1 °C Accuracy : ± 0.02 PH/± 1 MV/ ± 0.5 °C Calibration : User selectable 1 , 2 or 3 point	Pcs	5	
2-b	<u>Combined pH/Reference Electrodes</u> - with 1 m fixed cable . - universal electrodes . - with a storage cap to protect the electrode keeping the item in top condition and instantly ready for use. - PH range : 0 – 14 - Temperature range : 0 to + 100 °C - Material : Glass - Electrolyte 3.5 M KCL - Connection BNC	Pcs	20	
3	<u>Mercury thermometers</u> Glass thermometers , general purpose glass Thermometers . partial immersion ,Solid stem with fused on universally resistant scale , with mercury filling , with safety expansion chamber , ring top , Precision generally much better than the tolerances mentioned , diam. 5.5 -7 mm . In Plastic protection tube . Blue reflecting capillary Range Tol. Length mm - 10 to + 150 :1C ± 1.5 260	Pcs	10	

9/17

كشف الطلبية العامة للأجهزة

م	Specification	الوحدة	الكمية	ملاحظات
4	Floating thermometer red alcohol with a stem 17 mm . in diameter, total length 250 mm graduated in 1°C.			
4-a	Scale : 0 - 50 °C	Pcs	80	
4-b	Scale : 0 -100 °C	Pcs	50	
5-a	Conductivity Meters Laboratory General Purpose conductivity /TDS/Temperature A general purpose Conductivity/TDS/temperature bench meter for use in laboratory solution . The instrument includes a 32 reading memory facility . Features include : automatic range selection, calibration on standard solutions or direct cell constant entry, automatic temperature compensation analogue output and RS232 serial interface. Conductivity : Ranges : 0 to 19.99µS/cm /0 to 199.9µS/cm/ 0 to 1999µS/cm/0 to 19.99mS/cm/ 0 to 199.9mS/cm/0 to 1999 ms/cm Resolution : 0.01 µS /0.1 µS/1µS/0.01mS/0.1mS/1mS /0.01 S * only with cell constant >5 Accuracy : ± 0.5%± 2 digits TDS Ranges : 0 to 19.99 mg/1 / 0 to 199.9 mg/1 / 0 to 1999 mg/1/ 0 to 19.99g/1 / 0 to199.9g/1/ 0 to 1999g/1 Resolution : 0.01mg/1/ 0.1 mg/1/1mg/1 /0.01g/1 /0.1g/1 /1g/1 Accuracy : ± 0.5%± 2 digits Temperature Ranges : - 10 to + 105°C Resolution : 0.1°C Accuracy : ± 0.5°C ATC Range : 0 to 100°C Display : 3 ½" digit LCD Power : 9 V power supply	Pcs	2	
5-b	Additional Glass conductivity cell with K =1	Pcs	10	
6-a	Ebulliometer:- Determination of alcohol in fermented mash constituents Reservoir for 50 ml sample – condenser Thermometer range: 80 °C - 101 °C Subdivision : 0.1 °C Flame , Scale for degree of alcohol .	Pcs	3	
6-b	Additional thermometers for above item	Pcs	10	

Handwritten signature and date: 9/17

كشف الطلبية العامة للأجهزة

م	Specification	الوحدة	الكمية	ملاحظات
7	Density Hydrometer Density Hydrometer Scale Range 0.1 g/ml , scale Division 0.001 g/ml Adjusted at 20 °c , shot poised In plastic protection tube Without thermometer – length 280 mm			
	Specific gravity range	Division		
7-a	(0.7 - 0.8)	0.001	Pcs	10
7-b	(0.9 - 1.0)	0.001	Pcs	10
7-c	(1.0 - 1.1)	0.001	Pcs	10
7-d	(1.1 - 1.2)	0.001	Pcs	10
7-e	(1.2 - 1.3)	0.001	Pcs	10
7-f	(1.3 - 1.4)	0.001	Pcs	10
7-g	(1.4 - 1.5)	0.001	Pcs	10
8	Vacuum Desiccator With flat flange and Knobbed lid , no Connection Typical application :- Drying of moist product and storage of moisture sensitive substance DN :- 250 ID Flange (mm) 274 Outer diameter (AD) , Flange (mm) 320 ± 2 H (mm) 357 Volume approx. (ml) 10500	Pcs	5	
9	MAGNETIC STIRRERS	Pcs	4	
9-a	MOTION – FREE MAGNETIC STIRRERS Speed range 100 – 1000 rpm, without heating . Ambient temperature range -10 - + 50 °c . Dimensions (w/d/h) 240/420/35 mm, Wight .approx. 8 kg, power 20 w, 220 v/50 cs 6 stirring centers at 130 mm distance			
9-b	MAGNETIC PIVOT RING STIRRING BARS Round section profile with center ring . PTFE coated .for round bottom flasks etc. Length mm 30 Diam. mm 6	Pcs	20	
10	Spare Parts Cell / cuvettes for spectrophotometer Windows material quartz , two opposite sides polished and transparent for light beam passage the other two sides are frosted or opaque to minimize stray light ,high light transmission ≥ 80%, free from scratches , bubbles , or defects.			
	Path length.mm	Diam.mm		
10-a	10	12.5×12.5×45	Pcs	10
10-b	50	57.5×12.5×45	Pcs	10